

Edital de Pregão Presencial Nº 2
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 1 - 2019

Reuniram-se no dia 05/04/2019, as 08:41:10, na FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTINHO, o PREGOEIRO e sua equipe de apoio, designados pelo(a) Decreto 4232 com o objetivo de ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO tratando do Edital de Pregão Presencial Nº 2 destinado a AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS E MEDICAMENTOS.

Abaixo segue os licitantes classificados e que participaram da licitação:

2032 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA

CNPJ: 81.618.753/0001-67

2031 H M LINCK

CNPJ: 00.660.664/0001-87

2030 INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA

CNPJ: 78.589.504/0001-86

Edital de Pregão Presencial Nº 2
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 1 - 2019

ITEM 1 - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, ONCOLÓGICOS, TERMOLÁBEIS GABINETE EXTERNO – Tipo vertical, construído em chapas de aço galvanizado com revestimento epoxi. Montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios com travas.

GABINETE INTERNO – Construído em chapas de aço galvanizado com revestimento epóxi, dotado de seis prateleiras em aramado ajustáveis e removíveis.

ILUMINAÇÃO INTERNA – Através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta.

ISOLAMENTO TÉRMICO – Em poliuretano injetado de alta densidade.

HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA – Através de ventilador da unidade de ar forçado sobre placa fria, com desligamento na abertura da porta.

PORTA – De vidro duplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético.

REFRIGERAÇÃO - Através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico R-134 A isento de CFC. Sistema de degelo automático através de parada do compressor.

PAINEL DE COMANDO - Tipo membrana, dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch. Termostato eletrônico microprocessado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de travamento da programação, sensor tipo NTC, sistema que restabelece os parâmetros mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento. Filtro contra ruídos eletromagnéticos.

ALARMES - Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 6°C (ou programável pelo usuário), falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos.

FAIXA DE TRABALHO - Entre 2°C e 8°C , com ponto fixo em 4°C, ou programável pelo usuário.

REGISTRADOR DE TEMPERATURA - Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, acionadas através de um toque.

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO – Aplicativo para gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programação e configuração. Os dados armazenados são criptografados (invioláveis). **SEM COBRANÇA DE MENSALIDADE.**

SISTEMA DE SEGURANÇA - Termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico.

DISCADOR - Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, para até seis números (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura CRÍTICA.

CAPACIDADE INTERNA - 400 LITROS.

SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA - Através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para até 30 horas. Integrado ao gabinete, montado na parte inferior da câmara, com gaveta para a bateria selada.

PHASELOG - Controlador da tensão elétrica, monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica. Emite dados de

01
20.300,00
20.300,00
performance via software de gerenciamento

DIMENSÕES EXTERNAS - 205 alt X 65 larg X 63 prof (cm). Com rodízios 3”

DIMENSÕES INTERNAS - 143,5 alt X 56,5 larg X 51 prof (cm).

FUNIONAMENTO – BIVOLT 127ou 220 VOLTS 50/60 Hz.

REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA – 80573310001.

GARANTIA - 12 meses.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA – Em todo território nacional com equipe qualificada.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

| Código | Fornecedor | Credenciado | Valor da Proposta (R\$) |
|--------|---|-------------|-------------------------|
| 2031 | H M LINCK | Sim | 14.000,0000 |
| 2032 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA | Sim | 12.500,0000 |
| 2030 | INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA | Não | 9.000,0000 |

| Nº do Lance | Fornecedor | Desconto(%) | Valor do Lance(R\$) | Valor Registro(R\$) |
|-------------|---|-------------|---------------------|---------------------|
| 1 | INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA | Desistiu | Desistiu | 9.000,0000 |
| 1 | H M LINCK | 0,0000 | 8.900,0000 | |

Edital de Pregão Presencial Nº 2
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 1 - 2019

| Nº do Lance | Fornecedor | Desconto(%) | Valor do Lance(R\$) | Valor Registro(R\$) |
|-------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA | Desistiu | Desistiu | 12.500,0000 |

O licitante H M LINCK declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 1 deste Pregão Presencial o fornecedor H M LINCK pelo valor de R\$ 8.900,0000 (oito mil e novecentos reais).

Sobre a documentação dos licitantes: A EMPRESA VENCEDORA APRESENTOU OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL. OS REPRESENTANTES DAS EMPRESAS PRESENTES RENUNCIARAM A QUALQUER TIPO DE RECURSO.

Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dos respectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às 08:45 horas do dia 5 de Abril de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

SEBASTIÃO DOS SANTOS - Pregoeiro

EDSON PAULO WACCHOLZ - SECRETÁRIO

KEITI KELI PEREIRA DOS SANTOS - MEMBRO

DANIELA CHRISTMANN - MEMBRO